



Ф.И.О.: ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТА
Дата рождения: 01.01.2000 (24 г.) Пол: М
Регистрация биоматериала: 09.10.2024
Биоматериал: Проба выдыхаемого воздуха;

Заявка №: 3303321214
Заказчик: "Полное наименование
юридического лица"
Исполнитель: ООО "ДНК"ОМ"



13С-уреазный дыхательный тест на *Helicobacter pylori*

Показатель	Результат	Ед. изм.	Референсные значения
DOV	2	‰	< 4 ‰ — отрицательная уреазная активность; >= 4 ‰ — положительная уреазная активность

Комментарии к пробе: DOV (Delta Over Baseline) — относительная разница между определяемым и стандартным изотопным отношением. Важно! При подпороговых значениях DOV от 3 ‰ до 4 ‰ возможно бессимптомное бактерионосительство НР, что может потребовать повторное проведение 13С-УДТ или других исследований на хеликобактериоз с учетом всей совокупности клинических факторов.

Дата выполнения исследования:

Результаты одобрил: